



<b>ANNEXE</b>	A-OPC.02.01.05.08
	Version : A
<b>Fiche réflexe Never Events</b> <b>Erreur lors de l'administration ou l'utilisation de petits conditionnements unidoses en matière plastique (ex : unidose de sérum physiologique, solution antiseptique ...)</b>	Page 1/1
	Date : 22/09/2014

*Je sais ( IDE ) qu'une unidose peut en cacher une autre !*

Des confusions entre petits conditionnements unidoses contenant des produits aux statuts différents (médicament, dispositif médical, cosmétique) sont régulièrement rapportées à l'ANSM.

Ces produits sont souvent retrouvés au domicile des patients ou encore en établissements de santé.

La similarité de ces petits conditionnements conduit souvent les utilisateurs à les confondre.

#### Exemple : **Confusions entre sérum physiologique et chlorhexidine**

Les produits les plus fréquemment impliqués sont le sérum physiologique et la chlorhexidine (solution antiseptique).

Des instillations oculaires ou nasales de chlorhexidine à la place de sérum physiologique sont ainsi fréquemment rapportées. **Elles peuvent entraîner des effets indésirables graves de type convulsions, spasmes laryngés, et conduire à des hospitalisations.**

*Je ( IDE ) recommande à chaque utilisateur pris en charge par l'HAD d'être extrêmement vigilant concernant l'usage de ces unidoses.*

*Une lecture attentive des étiquettes avant l'utilisation de médicaments ou produits présentés en unidoses est impérative pour éviter tout risque de confusion.*

Dr. A. Lemasson  
RSMQ