



<b>ANNEXE</b>	A-OPC.02.01.05.11
	Version : A
<b>Fiche réflexe Never Events</b> <b>Erreur d'administration de gaz à usage médical</b>	Page 1/1
	Date : 05/11/2014

Dans notre HAD, c'est exclusivement l'oxygène à ce jour.

Je ( IDE ) vérifie toujours le débit par minute qui doit être conforme au débit marqué sur le support unique.

Possibilité d'augmenter le débit si dyspnée aigüe pendant quelques minutes

MAIS toujours penser à redescendre rapidement ce débit à celui basal préconisé.

S'assurer absence hypercapnie : les signes cliniques sont essentiellement marqués par tremblements, sueurs, troubles de la vigilance.