



ANNEXE	A-OPC.02.01.05.12
	Version : A
Fiche réflexe Never Events	Page 1/2
Erreur de programmation des dispositifs d'administration	Date : 05/11/2014

Je (IDE) dois programmer un dispositif d'administration.

REGLES D'OR

- Je relis le support unique de prescription.
- Je m'assure de la bonne compréhension de la dilution, du débit, de la posologie des bolus (toutes les unités doivent être mentionnées).
- Tout doute sur la prescription doit conduire à appeler le médecin prescripteur.

PUIS

- Pendant la programmation, je ne répons pas au téléphone.
- Pendant la programmation je ne parle pas avec le patient et/ou sa famille et/ou un(e) collègue.
A cette fin, j'ai averti ce(s) dernier(s) de la nécessité de concentration pendant quelques minutes sans parler.
- Après avoir effectué la programmation, je vérifie les paramètres de celle-ci quelques minutes plus tard.

ATTENTION

- Si la pose initiale d'une PCA est prévue en journée, les paramètres de programmation doivent être enregistrés sur la pompe à l'HAD avec relecture et contrôle par l'IDEC et/ou un(e) collègue IDE.
Ce contrôle se doit d'être tracé.
- Toute programmation initiale la nuit (mise en place d'une PCA) se fait en binôme avec l'IDEC d'astreinte.